

VERBINDUNGSI FITEADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*






Kopplung des Blutzucker-Messgeräts mit der App myDiabby

Wenn Sie Ihr Blutzucker-Messgerät OneTouch Verio Flex mit der App myDiabby koppeln, stellen sich Datum und Uhrzeit am Messgerät automatisch ausgehend von Datum und Uhrzeit des Telefons ein.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone
- Melden Sie sich bei myDiabby an und öffnen Sie den Tab "Meine verbundenen Geräte"







- 4 Klick auf den Button "Ich verbinde mein Messgerät"
- Das Messgerät OneTouch Verio Flex



▲ und **OK drücken**. Das Logo Bluetooth ≱ erscheint auf dem Display des Messgeräts. (Wenn das Symbol Bluetooth ≵ bereits auf dem Blutzucker-Messgerät vorhanden ist, können Sie direkt zu Schritt 6 übergehen.)











Täglicher Gebrauch

- Die Blutzucker-Messung wie gewohnt mit dem Blutzucker-Messgerät durchführen.
- 2 Nachdem das Ergebnis auf dem Display des Messgeräts eingeblendet wird, den Teststreifen vom Messgerät nehmen, danach die App myDiabby in der Nähe zum Messgerät auf dem Telefon öffnen (darauf achten, dass Bluetooth auf dem Smartphone

aktiviert ist).

Das Ergebnis der 3 Blutzuckermessung wird automatisch an die App myDiabby übertragen. Wenn Sie auf dem Messgerät die Angabe

vor/nach der Mahlzeit gemacht haben, wird dieser an myDiabby übertragen.





Im Fall von Schwangerschaftsdiabetes:

Nach Einblenden des Blutzuckerwerts inder App myDiabby, die Tageszeit ANKREUZEN oder ÜBERPRÜFEN, damit das Ergebnis an der richtigen Stelle im Logbuch erscheint. Sie





Bei Fragen zur App myDiabby: support@mydiabby.com oder per Telefon

> France: 01 76 40 01 78 Belgique : **02 320 11 96** l







*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.