myDiabby
HEALTHCARE

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*

Lifescan
OneTouch Verio Flex®

Couplage du lecteur avec l'application myDiabby

Lorsque vous couplez votre lecteur de glycémie OneTouch Verio Flex à l'application myDiabby, la date et l'heure se règlent automatiquement sur le lecteur à partir de la date et heure du téléphone.

1 Activez le **Bluetooth sur le smartphone**

2 Connectez-vous sur **l'application myDiabby** et ouvrez l'onglet **« Mes objets connectés »**



3 Sélectionnez **« Je connecte mon lecteur de glycémie capillaire »**, puis **sélectionner votre lecteur** dans la liste

4 Cliquez sur le bouton **« Je connecte mon lecteur »**

5 **Allumez le lecteur OneTouch Verio Flex**

6 **Activez le Bluetooth sur le lecteur en appuyant simultanément sur les boutons ▲ et OK**. Le Logo Bluetooth ᛒ apparait à l'écran du lecteur.
(Si le symbole Bluetooth ᛒ était déjà allumé sur le lecteur de glycémie, vous pouvez passer à l'étape 6 directement.)

7 Sur l'application myDiabby, cliquez sur le bouton « Rechercher mon lecteur »

8 Le lecteur apparait à l'écran. Cliquez sur **« Ajouter »**

9 **Entrez sur l'application le code à 6 chiffres qui apparait sur l'écran du lecteur** de glycémie, puis Validez.

Utilisation quotidienne

1 Faire la mesure de glycémie avec le lecteur de glycémie comme habituellement.

2 Une fois que le **résultat de glycémie apparait à l'écran du lecteur, ouvrez l'application myDiabby sur le téléphone à proximité du lecteur**.

3 Le résultat de glycémie s'envoie automatiquement sur l'application myDiabby !
Si vous avez précisé sur le lecteur le marqueur avant/après repas, celui-ci sera bien transféré sur myDiabby.

Si vous avez un diabète gestationnel :
Une fois que la glycémie apparaît sur l'application myDiabby, **COCHEZ** ou **VÉRIFIEZ** le moment de la journée afin que le résultat se mette au bon endroit dans le carnet.
Vous pouvez **ajouter des remarques** ou doses d'insuline.



GCOTVFV01D20221909FR

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone
France : **01 76 40 01 78**
Belgique : **02 320 11 96**
MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.

CE MD